

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone :+91-141-2795624

Fax :+91-141-2795550



Website : www.ruhsCMS.org

Email: principalruhsCMS@gmail.com

ruhsCMSstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ ११५३१

Date 15/1/19

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण -70 degree Freezer क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 1 - Freezer should be upright with capacity of approximate 400 L. के स्थान पर **Freezer should be upright with capacity of approximate 400 L or more.** परिवर्तित किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 7 - Should have provided with security PIN lock. के स्थान पर **Should have provided with security PIN lock / key lock.** परिवर्तित किया जाता है।
3. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 12 - It should have IEC-61010 electrical safety, euro CE & UL certified. के स्थान पर **It should have IEC-61010 electrical safety, USFDA / euro CE & UL certified.** परिवर्तित किया जाता है।
4. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 13 - Should be supplied & quoted alongwith UPS for atleast 1 hr backup, 2 vertical racks, 2 cryoboxes. Should have battery backup of atleast 1 hr. के स्थान पर **Should be supplied & quoted alongwith servo stabilizer and UPS for atleast 1 hr backup, 2 vertical racks, 2 cryoboxes. Should have battery backup of atleast 1 hr.** परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)
Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :
Phone : +91-141-2795624
Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org
Email: principalruhscms@gmail.com
ruhscmsstore@gmail.com


No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 22554

Date 15/01/2019

कार्यालय आदेश

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Bio Safety Cabinet क्रय किये जाने हेतु जारी ई-निविदा सूचना संख्या 21223 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों की जाँच किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए स्पेसीफिकेशन पूर्वानुसार यथावत् मान्य किये जाते हैं।

निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निविदा में वर्णित मूल स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही निविदाएँ प्रस्तुत करें।


प्रधानाचार्य

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org

Email: principalruhscms@gmail.com

ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 98532


Date 15/1/19

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Electrophoresis Unit with Power Supply क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन A. Horizontal Electrophoresis Unit : के बिन्दु संख्या 2 - The supplied gel trays should be UV proof and the tray can directly kept on the UV Trans illuminator and should have an integrated fluorescent ruler in the tray. के स्थान पर **The supplied gel trays should be UV proof and the tray can directly kept on the UV Trans illuminator and should have an integrated / separate fluorescent ruler in the tray.** परिवर्तित किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन C. Power Supply for Electrophoresis : के बिन्दु संख्या 2 - It should have programmable 4-700 mA current range with fully adjustable in 1 mA steps with 75 W maximum. के स्थान पर **It should have programmable 4-400 mA or better current range with fully adjustable in 1 mA steps with 75 W maximum.** परिवर्तित किया जाता है।
3. उपकरण के स्पेसीफिकेशन Compulsory Accessories : के बिन्दु संख्या 6 - Gel block transfer and blotting unit के स्थान पर **Gel block transfer and blotting unit (wet type).** परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhsCMS.org

Email: principalruhsCMS@gmail.com

ruhsCMSstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/22594


Date ...15/01/2019

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Gel Doc System क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 2 - Should have true CCD camera with image resolution extendable upto atleast 7 megapixel. के स्थान पर **Should have true CCD camera with image resolution of 4 megapixel expandable up to 7 Megapixel or better** परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय- प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhsCMS.org

Email: principalruhsCMS@gmail.com

ruhsCMSstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 22550

Date15/01/2019.

कार्यालय आदेश

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Microfuge (Refrigerated) क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों की जाँच किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए स्पेसीफिकेशन पूर्वानुसार यथावत् मान्य किये जाते हैं।

निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निविदा में वर्णित मूल स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही निविदाएँ प्रस्तुत करें।

प्रधानाचार्य

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org

Email: principalruhscms@gmail.com

ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 22587

Date ... 15/01/2019

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Micropipettes क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में Pipette Volume हेतु अंकित तालिका -

S. No	Pipette Volume	Qty
1	0.1-2.5 μ L	3
2	0.5-10 μ L	3
3	10-100 μ L	3
4	100-1000 μ L	3
5	2-20 μ L	3
6	20-200 μ L	3


के स्थान पर

S. No	Pipette Volume	Qty
1	0.1/0.2-2.5/2.0 μ L	3
2	0.5-10 μ L	3
3	10-100 μ L	3
4	100-1000 μ L	3
5	2-20 μ L	3
6	20-200 μ L	3

परिवर्तित किया जाता है।

2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन के साथ अंकित उपकरण की मात्रा - 03 sets of six each के स्थान पर Qty. : 03 qty. of six each with total 18 number of pipettes. परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org

Email: principalruhscms@gmail.com

ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 22579

Date 15/01/2019

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Real Time PCR क्रय किये जाने हेतु जारी ई-निविदा सूचना संख्या 21223 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 4 - Peltier based 96 well block. The instrument must have provision for optimizing the PCR condition and must have provision to run different samples with their specific annealing temperature in a single run. के स्थान पर **Peltier based 96 well or more block. The instrument must have provision for optimizing the PCR condition and must have true gradient/ provision to run different samples with their specific annealing temperature in a single run.** परिवर्तित किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 6 - Sample volume requirement between 10-100 µl. के स्थान पर **Sample volume requirement between 1-100 µl.** परिवर्तित किया जाता है।
3. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 7 - The instrument must have white LED/Tungsten Halogen for excitation of dyes. के स्थान पर **The instrument must have different filter LED/Tungsten Halogen for excitation of dyes.** परिवर्तित किया जाता है।
4. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 12 - The instrument must be cloud enabled platform and come up with free access to secured cloud based server for remote monitoring and access of data के स्थान पर **The instrument must be cloud /E mail notification enabled platform and come up with free access to secured cloud/ e mail based server for remote monitoring and access of data** परिवर्तित किया जाता है।
5. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 13 - Cloud based data analysis module must be available. को निरस्त किया जाता है।
6. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 16 - Option for melt curve analysis के स्थान पर **Should quote with high resolution melt curve analysis.** परिवर्तित किया जाता है।
7. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 19 - The instrument must be capable to detect differences as small as 1.5-fold in target quantities के स्थान पर **The instrument must**

कार्यालय- प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)
Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :
Phone : +91-141-2795624
Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org
Email: principalruhscms@gmail.com
ruhscmsstore@gmail.com


No. RUHS-CMS/Store/2018-19/22579

Date 15-01-2019

be capable to detect differences as small as 1.5fold/ 1 copy or better in target quantities. परिवर्तित किया जाता है।

8. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 20 – System should be standardized for Taqman and SYBR Green Chemistry with pre-validated and functionally tested Taqman Gene Expression Assays as well as Taqman SNP Genotyping Assays. They should be readily available from the same manufacturer. के स्थान पर **System should be standardized for Taqman and SYBR Green Chemistry with pre-validated and functionally tested Taqman Gene Expression Assays as well as Taqman SNP Genotyping Assays. They should be readily available from the same manufacturer/vendor.** परिवर्तित किया जाता है।
9. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 24 (a) 3 – External diameter – 200 X 220 X 180 mm or above को निरस्त किया जाता है।
10. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 24 (a) 4 – Stirring paddle (PTFE coated) – 12 X 50 mm or above के स्थान पर **Stirring paddle (PTFE coated/ ceramic) – 12 X 50 mm or above** परिवर्तित किया जाता है।
11. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 24 (b) 11 – Display Accuracy :- 0.1°C के स्थान पर **Display Accuracy :- 0.1°C or better** परिवर्तित किया जाता है।
12. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 24 (b) 13 – Cooling Time(20°C to -10°C) :- ≤30min(*) के स्थान पर **Cooling Time(20°C/ room temperature to -10°C) :- ≤30min(*)** परिवर्तित किया जाता है।
13. निविदा प्रपत्र के पृष्ठ क्रमांक 01 पर टंकण त्रुटिवश अंकित उपकरण की अनुमानित लागत राशि 22,00,000.00 को राशि रू. 20,00,000.00 पढ़ा जावे।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)

Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :

Phone : +91-141-2795624

Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org

Email: principalruhscms@gmail.com

ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/22553

Date ...15/01/2019..

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Spectrophotometer (Nano-Volume) क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 11 - System should be functional without P. C. को निरस्त किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 17 - Manufacturer office should be available in India. को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।

(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय— प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)
Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :
Phone : +91-141-2795624
Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org
Email: principalruhscms@gmail.com
ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 22552


Date ..15/01/2019.

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Thermal Cycler क्रय किये जाने हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 21224 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मों से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशंषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 7 - Lid temperature range: 37-110°C. के स्थान पर **Lid temperature range: 37-105°C or better** परिवर्तित किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 9 - Heating & cooling ramp rate: 2-3°C/Sec. के स्थान पर **Heating & cooling ramp rate: 2-3°C/Sec or better** परिवर्तित किया जाता है।
3. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 12 - Blocks homogeneity: $\pm 2-3^\circ\text{C}$ के स्थान पर **Blocks homogeneity/ Uniformity : $\pm 0.2-0.3^\circ\text{C}$** परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

कार्यालय- प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर
Office of the Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur
(Constituent College of Rajasthan University of Health Sciences)
Address :Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033(Rajasthan)

Contact :
Phone : +91-141-2795624
Fax : +91-141-2795550



Website : www.ruhscms.org
Email: principalruhscms@gmail.com
ruhscmsstore@gmail.com

No. RUHS-CMS/Store/2018-19/ 2255


Date 15/01/2019

तकनीकी निविदा में संशोधन

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एम.डी.आर.यू. की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण Tissue Processor क्रय किये जाने हेतु जारी ई-निविदा सूचना संख्या 21223 दिनांक 28.12.2018 में दिनांक 03.01.2019 को आयोजित प्री-बिड बैठक में विभिन्न फर्मा से निविदा में वर्णित स्पेसीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदनों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी अभिशांषा का अनुमोदन महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किये जाने के पश्चात् उपकरण के स्पेसीफिकेशन में निम्नानुसार परिवर्तन किये जाते हैं -

1. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 1 - Automatic tissue processor unit for programmable processing of histological tissue specimen provided with approx capacity 100 cassettes. के स्थान पर **Automatic tissue processor unit for programmable processing of histological tissue specimen provided with approx capacity 100 cassettes or more.** परिवर्तित किया जाता है।
2. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 2 - Should have user programmable parameters like infiltration time, delay time, vacuum on-off, agitation on-off and single or double basket operation के स्थान पर **Should have user programmable parameters like infiltration time, delay time, vacuum on-off / spiral agitation on-off and single or double basket operation.** परिवर्तित किया जाता है।
3. उपकरण के स्पेसीफिकेशन में वर्णित बिन्दु संख्या 13 - System should have a minimum of 100 users along with a suitable user list in justification. के स्थान पर **System should have a minimum of 10 users along with a suitable user list in justification.** परिवर्तित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त उपकरण के स्पेसीफिकेशन एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य शर्तें पूर्वानुसार यथावत् मान्य होंगे। निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार ही निविदा प्रस्तुत करें।


(प्रधानाचार्य)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।